

(写)

放射性物質検査結果書

釜石鉱山（株）品質管理室 様

〒020-0125

盛岡市上堂 3 丁目 17 番 37 号

社団法人 岩手県薬剤師会 岩手県衛生検査センター

岩手県医薬品・衛生検査センター

TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792

平成 24 年 4 月 19 日に受付けいたしました検体の検査結果は次のとおりです。

1. 検体情報

| | |
|------|----------------------------|
| 検体名 | 鉱泉水（仙人秘水） 2012/04/17 |
| 採取場所 | 釜石鉱山（株）鉱泉水製造工場 |
| 採取者 | 釜石鉱山（株）品質管理室 |
| 採取日時 | 平成 24 年 4 月 17 日 13 時 30 分 |

2. 検査結果

| 検査項目 | 測定値 | 検出限界値 |
|-------------------------------|------|------------|
| 放射性ヨウ素(I-131) | 検出せず | 0.37 Bq/kg |
| 放射性セシウム (Cs-134とCs-137の総量) | 検出せず | — |
| Cs-134 | 検出せず | 0.46 Bq/kg |
| Cs-137 | 検出せず | 0.38 Bq/kg |

3. 測定条件

| | |
|-------|---|
| 測定年月日 | 平成 24 年 4 月 23 日（測定時間 3600 秒） |
| 測定容器 | 2 L マリネリ容器 |
| 試験方法 | ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー (H23 年 10 月 厚生労働省健康局水道課「水道水等の放射能測定マニュアル」) |
| 前処理方法 | 水道水等の放射能測定マニュアル (H23 年 10 月 厚生労働省健康局水道課) |
| 備考: | 食品衛生法における飲料水に係る基準値：放射性セシウム 10Bq/kg 厚生労働省登録検査機関 |

検査責任者：工藤 清惣